

Strzelce Op., dnia 25.04.2019r.

Pytania i odpowiedzi

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadanie: „Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8”.

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy informuje, że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Poz. nr 13 załącznik nr 3 jałowe kompresy to A3 bądź A5, n/jałowe A`100 o które chodzi ?

Odpowiedź nr 1

Kompresy jałowe 10cmx10cm po 3szt - 200szt

Pytanie nr 2:

Pozycja 16,17 załącznik nr 3 bandaże elastyczne czy dzianinowe?

Odpowiedź nr 2

Bandaże dzianinowe.

Pytanie nr 3:

Pozycja 24 załącznik nr 3 czy chodzi o pojemnik na odpady 2l?

Odpowiedź nr 3:

Chodzi o pojemnik plastikowy do dezynfekcji kieliszków o min. dł.25cm x min. szer. 15cm z pokrywą.

Pytanie nr 4

Pozycja 25 załącznik nr 1 pojemnik na mocz jałowy czy n/jałowy?

Odpowiedź nr 4

Pojemnik na mocz n/jałowy.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 2 poz. 15 i dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm,

a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 3 poz. 6 i dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7:

Czy zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 3 poz. 26 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C.albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV40) - w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m². W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuści (załącznik nr 1, poz. 3, 16, 17, 18), (załącznik nr 3, poz. 7,8,9) przylepce o innej nazwie handlowej i innego producenta niż podane w zapytaniu ofertowym?


Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń



DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch