

Strzelce Op., dnia 06.12.2021r.

DPS.3056.ZP.378.2021

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadanie:
„Dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacem łącznie z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8”.

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy informuje, że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 102cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści 14 dniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 185kg?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem w pokrowcu zamykanym z dwóch stron (zapięcie w kształcie litery L)?

Odpowiedź:

Tak.

Wszystkie pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch